

Productveiligheidsinformatie

Ontluchting voor hoge kasten van asecos, met monitoring luchtafvoer, met/zonder alarm, B 200 x D 400 x H 200 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 138915, 138914

Veiligheidsinstructies:

- Lees voor installatie de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en installeer alleen volgens de instructies.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een geschikte stroomvoorziening. Een onjuiste aansluiting kan leiden tot een risico op elektrische schokken; trek bij een storing onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Als het apparaat zichtbaar beschadigd is, mag het niet in gebruik worden genomen.
- Gebruik het apparaat alleen met de daarvoor bestemde afvoerluchtaansluiting. Zorg ervoor dat de ventilatieopening niet wordt geblokkeerd. Voer regelmatig controles uit van de luchtafvoerbewaking en de alarmfunctie.
- Let op de indicatielampjes: Groen indicatielampje bij normale werking, rood indicatielampje bij storing
- Risico op verstikking door onjuist gebruik tijdens installatie of gebruik.
- Gebruik het apparaat niet in EX-zones, maar alleen buiten de EX-zone.
- Niet gebruiken in geleidende omgevingen om het risico op elektrische schokken te vermijden.
- Denk eraan dat kinderen en kwetsbare personen uit de buurt van apparaten moeten blijven.