

Productveiligheidsinformatie

Veiligheidskast type 90 asecos Q-CLASSIC-90, scharnierende deuren, B 1193 x D 615 x H 1953 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 461711, 461710, 461709, 461708, 461707, 461706, 461705

Veiligheidsinstructies:

- De kast kan alleen binnenshuis worden gebruikt en is niet geschikt voor buitengebruik.
- Brandwerend volgens classificatie F90. Let op de brandbeveiligingsvoorschriften en bijbehorende veiligheidsmaatregelen in geval van brand.
- Wees voorzichtig bij het opslaan en hanteren van giftige, agressieve chemicaliën en ontvlambare vloeistoffen. Zorg ervoor dat ze veilig en in overeenstemming met de wet worden opgeslagen.
- Het geïntegreerde ventilatiesysteem moet correct worden gebruikt en regelmatig worden gecontroleerd om explosiegevaar door gevaarlijke dampen te voorkomen.
- Voor een veilige opslag moet een lekbak op de vloer worden gebruikt om lekken te voorkomen.
- Het maximale draagvermogen van de legplanken is 75 kg; vermijd overbelasting om de stabiliteit en veiligheid van de kast te garanderen.
- Kastdeuren moeten altijd goed gesloten zijn om ongeoorloofde toegang te garanderen en gevaarlijke stoffen te isoleren.
- Regelmatig onderhoud van het profielcilinderslot en inspectie van de kast zijn nodig om de veiligheid te handhaven.
- Gebruik geschikte vergrendelingsmechanismen om toegang door onbevoegden te voorkomen.
- De kast moet vlak op een vlakke ondergrond en in een goed geventileerde ruimte worden geïnstalleerd om kantelen te voorkomen.
- Alle gebruikers moeten getraind zijn in het omgaan met de opgeslagen gevaarlijke stoffen en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.
- Volg de ventilatie-instructies voor een optimale luchtverversing.
- De kast mag alleen worden gebruikt door getraind personeel dat bekend is met de veiligheidsvoorschriften.
- Gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen in overeenstemming met de geldende voorschriften en alle nooduitgangen en vluchtroutes moeten worden vrijgehouden in geval van brand.