

# Productveiligheidsinformatie

## Veiligheidskast type 90 asecos Q-CLASSIC-90, scharnierende deuren, B 1193 x D 615 x H 1953 mm

**Fabrikant/Verantwoordelijke persoon:** asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

**E-mail:** info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

**Artikelnummers:** 461787, 461786, 461785, 461784, 461783, 461782, 461781

### Veiligheidsinstructies:

- Brandwerend volgens F90-norm.
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Wees voorzichtig bij het opslaan van giftige of agressieve chemicaliën, ontvlambare vloeistoffen en stoffen die gevaarlijk zijn voor water!
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zorg ervoor dat het profielcilinderslot altijd goed vergrendeld is om toegang door onbevoegden te voorkomen.
- Zorg voor instructies voor de gebruiker voor veilig gebruik en verwijdering van opgeslagen materialen.
- Zorg voor regelmatig onderhoud van het ventilatiesysteem om een explosieveilige omgeving te garanderen.
- Controleer voor gebruik of de scharnierdeuren goed gesloten zijn.
- Controleer het ventilatiesysteem regelmatig om een goede luchtuitwisseling te garanderen.
- Gebruik het product niet voor de opslag van onbevoegde materialen.
- Zorg ervoor dat de kast alleen wordt gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.
- Er bestaat brandgevaar als er verkeerd wordt omgegaan met brandbare vloeistoffen.
- De kast bevat agressieve chemicaliën die gevaarlijk kunnen zijn als er verkeerd mee wordt omgegaan.
- Waarschuwing voor verstikking bij onjuiste ventilatie.
- Overbelast de kast niet om structurele schade te voorkomen.
- Zorg voor een correcte verwijdering van giftige stoffen.
- Explosieveiligheidsmaatregelen zijn vereist.
- Voor giftige en agressieve chemicaliën, alleen gebruiken door bevoegd personeel.
- Gebruik het geïntegreerde ventilatiesysteem bij de opslag van ontvlambare vloeistoffen.
- Neem de veiligheidsinformatie voor giftige en agressieve chemicaliën in acht.
- Sla ontvlambare vloeistoffen veilig op in overeenstemming met GHS-categorieën 1-3.
- Controleer voor gebruik of het luchtafvoersysteem goed werkt.
- Gebruik de kast niet zonder technische afzuiging.
- Zorg ervoor dat het apparaat toegankelijk is voor bevoegd personeel om onjuist gebruik te voorkomen.
- Controleer regelmatig op lekken in lekbakken.
- Controleer voor gebruik of de kast correct is geïnstalleerd en of aan alle technische vereisten is voldaan.
- Overschrijd het draagvermogen van de legplanken en lekbakken niet om structurele schade te voorkomen.
- Informeer gebruikers over de gevaren en risico's van de stoffen die in de kast zijn opgeslagen.
- Zorg ervoor dat het product wordt gebruikt in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen, vooral met betrekking tot brandveiligheid en chemische veiligheid.