

Productveiligheidsinformatie

Veiligheidskasten type 30 asecos Q-CLASSIC-30, scharnierende deuren, B 1164 x D 620 x H 1947 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 462145, 462144, 462143, 462142, 462141, 462140, 462139

Veiligheidsinstructies:

- Gebruik de brandvertragende veiligheidskast niet in ontvlambare omgevingen.
- Sla alleen toegestane chemicaliën op om risico's te vermijden.
- Het deurmechanisme moet goed werken om veilig te kunnen sluiten.
- Onderhoud het ventilatiesysteem regelmatig en gebruik het op de juiste manier om het risico op explosie te minimaliseren.
- Zet de kast stabiel en waterpas neer en veranker hem om kantelen te voorkomen.
- Controleer de lekbak van de vloer regelmatig op lekken en beschadigingen en vervang deze indien nodig.
- Controleer op schade voor gebruik.
- Voer regelmatig onderhoud en inspectie uit volgens de instructies.
- Overbelast de kast niet; houd rekening met het maximale draagvermogen van de legplanken (75 kg per legplank).
- Sluit de kast als er brandgevaar is en waarschuw de plaatselijke hulpdiensten.
- Zorg ervoor dat de scharnierende deuren goed gesloten zijn als ze niet worden gebruikt.
- Alleen gebruiken voor de materialen die in de gebruiksaanwijzing worden genoemd.
- Bewaar gevaarlijke stoffen alleen in de daarvoor bestemde veiligheidskast.
- Verleen alleen toegang aan bevoegde personen en gebruik een profielcilinderslot om onbevoegde toegang te voorkomen.
- Het draagvermogen van de planken mag niet meer zijn dan 75 kg om structurele schade of ongelukken te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de kast wordt gebruikt in overeenstemming met de veiligheidsrelevante Europese normen.
- Risico op brand en explosie door onjuiste opslag en hantering van chemicaliën.
- Voldoet aan de veiligheidsvoorschriften voor het geïntegreerde ventilatiesysteem om schadelijke dampen en explosies te voorkomen.
- Brandvertragende kast (F30) moet op een brandveilige locatie worden geïnstalleerd.
- Gooi gevaarlijke chemicaliën op de juiste manier weg.
- Wees je bewust van gezondheidsrisico's door onjuiste omgang met giftige stoffen en agressieve chemicaliën.
- Controleer en volg regelmatig de technische documentatie.
- Gebruik de kast in overeenstemming met de GHS-richtlijnen voor gevaarlijke chemicaliën en houd u aan specifieke voorschriften.
- Vermijd verstikkingsgevaar door opslag zonder toezicht.
- Blokkeer de uitlaatluchtaansluitingen niet om een goede werking te garanderen.