

Productveiligheidsinformatie

Veiligheidskasten type 30 asecos Q-CLASSIC-30, scharnierende deur, links/rechts scharnierend, B 864 x D 620 x H 1947 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 462187, 462186, 462185, 462184, 462183, 462182, 462181, 462180, 462179, 462178, 462177, 462176, 462175, 462174

Veiligheidsinstructies:

- Bij de opslag van giftige stoffen en agressieve chemicaliën moeten specifieke opslagvereisten in acht worden genomen.
- Zorg ervoor dat er geen open vuur of ontstekingsbronnen in de buurt zijn als er ontvlambare vloeistoffen worden opgeslagen.
- De behuizing moet worden aangesloten op een technisch luchtafvoersysteem om luchtuitwisseling en explosiebeveiliging te garanderen.
- De veiligheidskast moet altijd op slot zijn om toegang door onbevoegden te voorkomen en moet worden beveiligd met een profielcilinderslot.
- Onjuiste hantering kan gevaarlijke chemische reacties veroorzaken, daarom moeten toegestane chemicaliën worden opgeslagen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften.
- Alleen getraind personeel mag met deze veiligheidskast omgaan.
- Scharnierende deuren van de kast moeten altijd vergrendeld zijn en er moet een technisch afzuigsysteem worden gebruikt om gevaarlijke gassen af te voeren.
- Zorg ervoor dat de kast schoon wordt gehouden en dat er geen ongeschikte gevaarlijke stoffen in worden opgeslagen.
- Het ventilatiesysteem en de functies van sloten en deuren moeten regelmatig worden onderhouden en geïnspecteerd.
- Houd de veiligheidskast uit de buurt van warmtebronnen en open vuur.
- Vermijd overbelasting van de planken, het draagvermogen per plank is 75 kg.
- Gebruikers moeten de bedieningsinstructies en veiligheidsinformatie lezen voordat ze de kast gebruiken.
- Etiketteringsplicht: Gevaarlijke stoffen in de kast moeten geëtiketteerd worden volgens de GHS-etiketteringsvoorschriften.
- Brandvertragend: De kast moet worden geïnstalleerd op een locatie die voldoet aan de brandbeveiligingsvoorschriften.
- Constructies die worden blootgesteld aan druk, vlammen en mechanische belastingen mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften.
- De kast is geschikt voor stoffen in de GHS-categorieën 1-3.
- Zorg ervoor dat de kast op een stabiele ondergrond staat om kantelen te voorkomen.
- De kast moet regelmatig worden gecontroleerd op beschadigingen die de veiligheidsmaatregelen in gevaar kunnen brengen.
- Neem de veiligheidsmaatregelen voor warmtebronnen in acht en vermijd direct zonlicht.
- Veiligheid voor kinderen: Opslagruimtes moeten worden beveiligd tegen toegang door kinderen.
- Gebruik het product niet in slecht geventileerde ruimtes zonder geschikt luchtafvoersysteem.
- Zorg ervoor dat veiligheidsgeel wordt gebruikt als waarschuwingskleur voor de kast.