

Productveiligheidsinformatie

Veiligheidskasten type 30 asecos Q-CLASSIC-30, scharnierende deur, links/rechts scharnierend, B 564 x D 620 x H 1947 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 462243, 462242, 462241, 462240, 462239, 462238, 462237, 462236, 462235, 462234, 462233, 462232, 462231, 462230

Veiligheidsinstructies:

- Gebruik het product alleen volgens de instructies van de fabrikant en de veiligheidsvoorschriften.
- De veiligheidskast moet brandvertragend (F30) zijn en er is een minimale afstand tot warmtebronnen vereist.
- De kast is geschikt voor de opslag van gevaarlijke, ontvlambare, giftige en agressieve chemicaliën. Opslaan in overeenstemming met de geldende voorschriften.
- Alleen bevoegde personen hebben toegang tot gevaarlijke stoffen om misbruik te voorkomen.
- Houd rekening met het maximale draagvermogen van de legplanken (50 kg of 75 kg, afhankelijk van de variant).
- Regelmatig onderhoud en inspectie van het ventilatiesysteem is noodzakelijk om ophoping van gevaarlijke dampen te voorkomen.
- De kast moet altijd op slot zijn als hij niet in gebruik is om toegang door onbevoegden te voorkomen.
- Bij het werken met gevaarlijke stoffen moet persoonlijke beschermuitrusting worden gedragen.
- Controleer de afdichtingen en ventilatieopeningen regelmatig op lekken.
- De kast mag niet overbelast worden om structurele schade te vermijden.
- Zorg ervoor dat het product alleen wordt gebruikt in goed geventileerde ruimtes.
- Een technisch luchtafvoersysteem is noodzakelijk voor explosiebeveiliging; controleer dit regelmatig.
- Neem bij lekkage of een ongeval onmiddellijk de juiste maatregelen.
- Vermijd ontstekingsbronnen in de buurt van de kast, vooral bij het opslaan van brandbare stoffen.
- Controleer regelmatig de scharnieren, vergrendelingsmechanismen en binneninrichting op goede werking en schade.
- De vloerlekbak moet het vereiste volume hebben (22 liter) en moet regelmatig worden gecontroleerd en geleegd.
- Zorg ervoor dat de veiligheidsinformatie en gebruiksaanwijzingen beschikbaar zijn in begrijpelijke taal en dat ze voldoen aan de geldende voorschriften.
- Zorg voor de juiste markering en etikettering in overeenstemming met de GHS-richtlijnen.
- Zorg voor goede ventilatie om explosiegevaar te voorkomen.