

Productveiligheidsinformatie

Chemicaliënkast asecos CS-CLASSIC-F, draaideuren, B 1055 x D 520 x H 1950 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 462995, 462994, 462993, 462992, 462991, 462990, 462989

Veiligheidsinstructies:

- Sla giftige stoffen en gevaarlijke chemicaliën alleen op in overeenstemming met de voorschriften. Sla chemische stoffen op in voorgeschreven containers en houd rekening met geschikte opslagomstandigheden voor agressieve en ontvlambare chemicaliën.
- Bescherm tegen toegang door onbevoegden: Gebruik een cilinderslot en sluit altijd af na gebruik. Gebruik draaideuren met een slot om ongeoorloofde toegang te voorkomen.
- Gebruik de afvoerluchtaansluiting om potentieel explosieve dampen veilig af te voeren. Voor een effectieve explosiebeveiliging moet het luchtafvoersysteem regelmatig worden onderhouden en moet een continue luchtuitwisseling worden gegarandeerd.
- De kast moet regelmatig worden gecontroleerd op lekken en functionaliteit. Dit geldt ook voor het ventilatiesysteem.
- Laad de lade-inzet alleen tot het maximale draagvermogen van 30 kg.
- Alleen voor gebruik binnenshuis: Geschikt voor de opslag van giftige en waterverontreinigende stoffen onder geschikte omstandigheden.
- Veiligheidsmaatregelen bij het werken met chemicaliën: Gebruik geschikte beschermingsmiddelen zoals handschoenen en een veiligheidsbril.
- Zorg ervoor dat de kast op een stabiele, vlakke ondergrond staat en goed is vastgezet.
- Gevaarlijke inhoud kan gezondheidsrisico's veroorzaken zoals vergiftiging en chemische brandwonden. Informeer gebruikers over specifieke gevaren en veiligheidsvoorschriften.
- De kast moet worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de specifieke voorschriften voor de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.
- Neem in geval van schade of lekkage van chemicaliën onmiddellijk maatregelen om het risico te beperken. Raadpleeg onmiddellijk een specialist als de kast beschadigd is.
- Explosiegevaar: De kast moet worden aangesloten op een technisch luchtafvoersysteem om een veilige werking te garanderen.
- Belangrijke opmerking: Houd de kast op slot als hij niet in gebruik is om toegang door onbevoegden te voorkomen.
- Let op: Controleer het ventilatiesysteem voordat u de deuren opent.
- Het verbranden of verbranden van stoffen in de kast is verboden.