

Productveiligheidsinformatie

asecos CS-CLASSIC chemische opslagkast, scharnierende deuren, B 810 x D 520 x H 1105 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 463127, 463126, 463125, 463124, 463123, 463121, 463120, 463119, 463118, 463117, 463116, 463115, 463114, 463113

Veiligheidsinstructies:

- De chemicaliënkast moet op een stabiele en vlakke ondergrond worden geplaatst om kantelen te voorkomen.
- Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot de chemicaliënkast.
- De kast moet worden aangesloten op een geschikt technisch luchtafvoersysteem met een aansluiting van 75 mm om explosiebeveiliging te garanderen.
- Alle instructies en veiligheidsinformatie moeten zorgvuldig worden gelezen en opgevolgd voor gebruik.
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) bij het hanteren van chemicaliën in de kast om persoonlijk letsel te voorkomen.
- Controleer regelmatig de opslagtemperaturen en -omstandigheden om er zeker van te zijn dat ze binnen het veilige bereik liggen.
- Houd gevaarlijke stoffen uit de buurt van vuurbronnen en houd blusmiddelen gereed.
- De chemicaliënkast is alleen geschikt voor de juiste opslag en behandeling van gevaarlijke stoffen.
- De scharnierende deuren van de kast moeten goed worden afgesloten met een cilinderslot om ongeoorloofde toegang te voorkomen.
- De kast mag alleen binnenshuis worden gebruikt.
- Voer regelmatig onderhoud en inspecties uit aan het ventilatiesysteem, de scharnierende deuren en de structurele integriteit (bijv. polypropyleen schalen, uitschuifbare schalen) om de veiligheid en functionaliteit te garanderen.
- Het maximale draagvermogen van de uitschuifbare legplanken is 30 kg en mag niet worden overschreden.
- Plaats de kast uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing als u twijfelt of vragen hebt.
- De kast is bedoeld voor commercieel en geautoriseerd gebruik, niet voor privégebruik.
- Breng bij een ongeval onmiddellijk de relevante autoriteiten op de hoogte.
- Als het luchtafvoersysteem niet goed werkt, mag de kast niet onmiddellijk worden gebruikt.