

Productveiligheidsinformatie

Oefen- en trainingsdefibrillatorset voor HeartSine PAD500, 6 scenario's, tas, 2 paar vervangende elektroden, oplader

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: MedX5 GmbH & Co. KG, Humboldtstr. 9, 86316 Friedberg, Deutschland

E-mail: info@medx5.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummer: 178317

Veiligheidsinstructies:

- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en volg de instructies op.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor trainingsdoeleinden en mag niet worden gebruikt op echte patiënten.
- Let op: Er bestaat een risico op elektrische schokken bij onjuist gebruik.
- Verstikkingsgevaar door kleine onderdelen; buiten bereik van kinderen houden.
- Als de elektroden of het apparaat beschadigd zijn, stop dan met het gebruik en neem contact op met de fabrikant.
- Gebruik alleen de bedoelde reserveonderdelen en accessoires om de veiligheid te garanderen.