

# Produktsicherheitsinformationen

## Entlüftungsaufsatz f. Hochschränke asecos, m. Abluftüberwachung, m./o. Alarm, B 200 x T 400 x H 200 mm

**Hersteller/Verantwortliche Person:** asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

**E-Mail:** info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 138915, 138914

### Sicherheitshinweise:

- Vor der Montage die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und nur gemäß der Anweisung installieren.
- Das Gerät muss an eine geeignete Spannungsversorgung angeschlossen werden. Unsachgemäßer Anschluss kann zu Stromschlaggefahr führen, sofort bei Störungen das Gerät vom Netz trennen.
- Bei sichtbaren Schäden am Gerät darf es nicht in Betrieb genommen werden
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vorgesehenen Abluftanschluss. Sicherstellen, dass die Entlüftungsöffnung nicht blockiert ist. Führen Sie regelmäßige Überprüfungen der Abluftüberwachung und Alarmfunktion durch.
- Achten Sie auf die Kontrollleuchten: Grüne Kontrollleuchte im Normalbetrieb, rote Kontrollleuchte im Störfall
- Erstickungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch bei Installation oder Verwendung.
- Gerät nicht in EX-Zonen verwenden, nur außerhalb der EX-Zone betreiben.
- Nicht in leitfähigen Umgebungen verwenden, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Bitte bedenken Sie, dass Kinder und schutzbedürftige Personen von Geräten ferngehalten werden sollten.