Produktsicherheitsinformationen

Sicherheitsschrank Typ 90 asecos Q-CLASSIC-90, Flügeltüren, B 893 x T 615 x H 1953 mm

Hersteller/Verantwortliche Person: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-Mail: info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 461872, 461871, 461870, 461869, 461868, 461867, 461866

Sicherheitshinweise:

- Sicherheitsvorkehrungen für die Lagerung von Gefahrstoffen beachten.
- Zugang zu technischen Abluftsystemen regelmäßig prüfen und warten, um Sicherheit zu gewährleisten und Explosionen zu vermeiden.
- Schrank nicht überlasten und maximale Tragkraft der Fachböden beachten; maximal 75 kg pro Fachboden.
- Flügeltüren sicher verschließen und deren Verriegelung regelmäßig überprüfen.
- Schrank in einem gut belüfteten Bereich fern von Zündquellen aufstellen.
- Geeignete Löschmittel im Falle eines Brandes bereitstellen.
- Vor der Benutzung gegebenenfalls anfallende chemische Gefahren beachten und persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Sicherheitsvorkehrung: Vor der Lagerung von Gefahrstoffen muss der Schrank ordnungsgemäß belüftet werden.
- Schlossmechanismus sicherstellen, dass es stets geschlossen ist, wenn der Schrank nicht in Gebrauch ist, um unbefugten Zugriff zu vermeiden.
- Nur für den Innenbereich verwenden; das Produkt ist nicht für den Außenbereich geeignet.
- Lagerung von giftigen oder aggressiven Chemikalien gemäß den entsprechenden Sicherheitsvorschriften und nur in den vorgesehenen Fächern durchführen.
- Beachten Sie die Erstickungsgefahr durch Chemikalien, unsachgemäße Handhabung oder Lagerung von Kleinteilen und halten Sie die Belüftung aufrecht.
- Verwenden Sie den Sicherheitsschrank nur gemäß den Herstelleranweisungen und den geltenden lokalen Vorschriften.
- Bodenauffangwanne regelmäßig auf Undichtigkeiten überprüfen und bei Bedarf austauschen.
- Nicht über dem zulässigen Maximalladungsgewicht beladen und darauf achten, dass das Be- und Entlüftungssystem nicht blockiert ist.
- Nach jedem Gebrauch den Schrank sicher abschließen, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Entzündliche Chemikalien nur in vorgeschriebenen Mengen lagern.
- Inhalt des Sicherheitsschranks regelmäßig auf Anzeichen von Leckagen oder Beschädigungen überprüfen.
- Regelmäßige Schulungen zur Handhabung und Lagerung von gefährlichen Stoffen sind erforderlich.
- Sicherstellen, dass alle Sicherheitshinweise sorgfältig gelesen werden und Sicherheitsdatenblätter der Chemikalien beachtet werden.