

# Produktsicherheitsinformationen

## Sicherheitsschrank Typ 90 asecos Q-PEGASUS-90, Flügeltüren mit Schließ-Automatik, Einhandbedienung, B 893 x T 615 x H 1953 mm

**Hersteller/Verantwortliche Person:** asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

**E-Mail:** info@asecos.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 462039, 462038, 462037, 462036, 462035, 462034, 462033

### Sicherheitshinweise:

- Vor der Verwendung die Sicherheits- und Handhabungsanweisungen lesen und verstehen.
- Nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Türwarnsignal: Beim Öffnen der Tür ertönt nach 60 Sekunden ein akustisches und optisches Signal; Sicherheitsabstand halten.
- Schrank nur betreiben, wenn ein technisches Be- und Entlüftungssystem angeschlossen ist, um Explosionsgefahr zu vermeiden.
- Nur für die Lagerung von fachspezifisch zulässigen Materialien wie Giftstoffen, aggressiven Chemikalien und entzündbaren Flüssigkeiten verwenden.
- Produkt nur gemäß der vorgesehenen Nutzung verwenden.
- Achtung: Gefahr durch aggressive Chemikalien, stets geeignete Schutzausrüstung verwenden und von Kindern fernhalten.
- Feuerbeständig nach F90, dennoch von Hitzequellen fernhalten und sicher lagern.
- Sicherstellen, dass der Schrank korrekt montiert, stabil aufgestellt und regelmäßig auf Beschädigungen oder Mängel geprüft wird.
- Für den Transport geeignete Hebezeuge wie Gabelstapler oder Hubwagen verwenden.
- Bei Sicherheitsproblemen oder Unfällen sofort den Hersteller kontaktieren.
- Giftstoffe und gefährliche Chemikalien gemäß den Vorschriften und in gut belüfteten Bereichen lagern.
- Regelmäßige Wartung des Abluftsystems und der Schließautomatik durchführen, um optimale Sicherheit zu gewährleisten.
- Schutz vor unbefugtem Zugriff durch Profilzylinderschloss und Kindersicherung gewährleisten.
- Entzündbare Materialien fern von Zündquellen aufbewahren.
- Flügeltüren nur gemäß Sicherheitsinstruktionen verwenden, um die Funktion der Schließautomatik zu erhalten.
- Die Beladung der Fachböden nicht überschreiten, um strukturelle Schäden zu vermeiden.
- Explosionsschutz und giftige Stoffe gemäß gelagert in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsvorschriften.
- Sicher lagern von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3.
- Fachgerechte Entsorgung gefährlicher Abfälle gemäß lokalen Vorschriften sicherstellen.