Produktsicherheitsinformationen

Magnetmessstativ R. 272mm Gesamt-H. 327mm Haftkraft 800 N HOLD TEC

Hersteller/Verantwortliche Person: Ingenieurbüro Thiermann GmbH, Paul-Friedländer-Str. 8, 65203
Wiesbaden, Deutschland
E-Mail: info@ibt-gmbh.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 723970, 723969, 723968

Sicherheitshinweise:

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Sichern Sie das Gerät während des Betriebs, um Umfallen zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Haftkraft des Magnetfußes auf Funktionalität.
- Vermeiden Sie den Einsatz des Geräts in der Nähe elektronischer Geräte, um Störungen zu vermeiden.
- Beachten Sie die maximale Tragfähigkeit und überschreiten Sie diese nicht.
- Achtung: Starke Haftkraft von 800 N kann zu Verletzungen führen, wenn der Magnet unbeabsichtigt an Körperteilen haftet.
- Vorsicht: Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Sturzgefahr führen, insbesondere in engen Arbeitsbereichen.
- Empfohlene Verwendung: Nur in stabilen Positionen und bei sicheren Montagebedingungen verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die mechanische Zentralklemmung und Feineinstellung sicher ist, bevor Messungen durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder und unbefugte Personen von dem Produkt fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vorsicht vor starken Magneten. Hält Gegenstände nur, wenn die Kraft von 320 N nicht überschritten wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf stabilen und geeigneten Oberflächen.
- Achten Sie bei der Verwendung des Gelenkarms darauf, dass Finger nicht in den Gelenkmechanismus geraten, um Fingerverletzungen zu vermeiden.
- Das Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder unter 8 Jahren geeignet, da Strangulations- oder Erstickungsgefahr bestehen kann.
- Stellen Sie sicher, dass keine metallischen Gegenstände in der Nähe des Magneten sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Zur Vermeidung von Schäden an Oberflächen den Magnetfuß ordnungsgemäß ablegen und verwenden.