

Produktsicherheitsinformationen

Messleitungssatz 044146 2-tlg.Messspitzen-Ø 2mm L.1400mm BENNING

Hersteller/Verantwortliche Person: Benning Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG, Münsterstr.
135-137, 46397 Bocholt, Deutschland
E-Mail: info@benning.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 719459, 719458

Sicherheitshinweise:

- Vermeiden Sie den Kontakt mit nassen Oberflächen und verwenden Sie die Umgebung nur im trockenen Zustand, um Stromschläge zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Messspitzen nicht mit Strom berühren während sie angeschlossen sind und stets Schutzkappen verwenden, um die Sicherheit in den Kategorien CAT IV und CAT II zu gewährleisten.
- Halten Sie Messspitzen von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Messspitzen korrekt angeschlossen sind, um Kurzschlüsse zu verhindern.
- Nur mit Geräten verwenden, die für die Verwendung mit CAT IV 600 V / CAT III 1000 V geeignet sind.
- Ziehen Sie die Messspitzen immer bei abgestecktem Gerät ab, um Gefahren zu vermeiden.