

Produktsicherheitsinformationen

Gaslecksuchgerät micro CD-100 4xTyp AA RIDGID

Hersteller/Verantwortliche Person: Ridge Tool GmbH & Co. oHG, Hasslinghauser Str. 150, 58285 Gevelsberg, Deutschland

E-Mail: ridgid.germany@emerson.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummer: 719787

Sicherheitshinweise:

- Übermäßige Gasansammlung kann zu Explosionen führen, unmittelbare Umgebung bei Verwendung immer gut belüften.
- Anweisungen zur sicheren Verwendung und kalibrierte Messgeräte sollten immer beachtet werden.
- Bei Fehlfunktionen oder unbekanntem Verhalten das Gerät sofort außer Betrieb nehmen und den Hersteller kontaktieren.
- Auf die Sichtbarkeit der akustischen und visuellen Alarmmeldungen achten.
- Das Gerät darf nur mit der vorgesehenen Stromversorgung betrieben werden (4 x Typ AA).
- Bei Verwendung in geschlossenen Räumen besonders vorsichtig sein, um Kohlenmonoxidvergiftungen zu vermeiden.