

Informations sur la sécurité du produit

Filtre de ventilation pour armoires à fûts Asecos, avec contrôle de sortie d'air, ATEX, I. 305 x P 555 x H 210 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 138913

Instructions de sécurité:

- Attention : Danger dû à une possible inflammation des vapeurs de solvants à proximité de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil n'est utilisé que dans les zones EX prévues à cet effet.
- Vérifiez régulièrement le contrôle de l'évacuation de l'air et réagissez immédiatement en cas d'alarme.
- L'utilisation de l'appareil nécessite une installation électrique sans danger et conforme aux normes en vigueur.
- S'assurer que le filtre à charbon actif est régulièrement remplacé afin de garantir un fonctionnement correct.
- L'appareil doit être installé hors de portée des enfants.
- N'utilisez l'appareil que conformément au mode d'emploi du fabricant.