

Informations sur la sécurité du produit

Module d'extraction d'air pour armoires hautes asecos, avec contrôle de sortie d'air, avec/sans alarme, l. 200 x P 400 x H 200 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 138915, 138914

Instructions de sécurité:

- Lire attentivement le mode d'emploi avant le montage et n'installer que conformément aux instructions.
- L'appareil doit être raccordé à une alimentation électrique appropriée. Un raccordement non conforme peut entraîner un risque d'électrocution, débranchez immédiatement l'appareil du secteur en cas de dysfonctionnement.
- Si l'appareil présente des dommages visibles, il ne doit pas être mis en service.
- N'utiliser l'appareil qu'avec le raccord d'évacuation d'air prévu. Assurez-vous que l'orifice d'aération n'est pas bloqué. Effectuer des contrôles réguliers de la surveillance de l'évacuation d'air et de la fonction d'alarme.
- Observez les voyants de contrôle : Témoin de contrôle vert en fonctionnement normal, témoin de contrôle rouge en cas de panne
- Risque d'étouffement dû à une utilisation non conforme lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des zones EX, ne l'utiliser qu'en dehors de la zone EX.
- Ne pas utiliser dans des environnements conducteurs afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- N'oubliez pas que les enfants et les personnes vulnérables doivent être tenus à l'écart des appareils.